

## Entretien d'un appareil BICOM

Pour un dispositif médical - les appareils BICOM sont classés „medical class 2“ - un entretien régulier est important. Il doit être effectué tous les 1 à 2 ans. Notez que les réglages automatiques sur un BICOM 2000 ou les mises à jour des logiciels BICOM optima ne peuvent pas remplacer l'entretien et le calibrage de votre appareil.

Ce service est effectué par notre technicien, formé en usine et à l'aide d'un équipement de mesure spécial. Que des pièces de rechange d'origine sont utilisées.

Les utilisateurs prévoient souvent la maintenance de leur appareil lors d'une absence (vacances, formations, etc.).

### Nous vous offrons les options suivantes pour la révision de votre BICOM:

#### Révision normale

Nous organisons la collection et le retour de votre appareil bien emballé (!) - si possible dans l'emballage d'origine en carton - par moyen de la société DPD et nous vous le retournerons dans les 4-7 jours ouvrables ou à la date souhaitée (frais de transport par chemin: Fr. 40.- ).

Ou vous nous apportez votre appareil après coordination au préalable avec notre technicien et pouvez le reprendre 2 heures plus tard.

#### Révision express (en dehors des heures normales de bureau)

Vous envoyez ou apportez l'appareil à notre technicien. L'appareil sera révisé dans les 24 heures max. et retourné par un service de transport express.  
(Frais supplémentaires: Fr. 80.-, plus frais pour l'envoi express selon l'effectif).

#### Révision à domicile

Notre technicien se rend sur place  
(Frais supplémentaires: Fr. 1.- par km plus frais de déplacement = heures de travail).

**Frais de révision** - y compris tous les tests de sécurité:  
Fr. 150.- /h, plus matériel (pile/accu p.ex.) excl. TVA.

**Veillez nous contacter à une demande de service / entretien**  
Tél. 041 854 30 90

**Ou directement à notre technicien**  
Silvio De Boni

**De Boni Elektronik**  
Chaletweg 2  
6403 Küssnacht am Rigi

Tél. 041 852 06 46  
Mob. 079 340 72 77  
support@regumed.ch